

YÊU CẦU BÁO GIÁ (Lần 2)

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu Cung cấp dịch vụ sửa chữa Bo mạch Cell EU-9160D và thay thế linh kiện (đầu dò Convex C251) cho máy siêu âm Hitachi Aloka Arietta V60, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
(Địa chỉ: Khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

2. Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính; Số điện thoại: 02563. 847726.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn
(Địa chỉ: Khu phố 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

- Nhận qua email: viensrqn@impe-qn.org.vn

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 23 tháng 12 năm 2025 đến trước 9h00 ngày 29 tháng 12 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 23 tháng 12 năm 2025.

II. Nội dung yêu cầu báo giá:

1. Danh mục dịch vụ/ linh kiện thay thế cho máy siêu âm:

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
1	Sửa chữa Bo mạch Cell EU-9160D của máy siêu âm Hitachi Aloka Arietta V60	* Thiết bị sửa chữa: Máy siêu âm Hitachi Aloka Arietta V60. A. YÊU CẦU CHUNG: - Mục tiêu dịch vụ: Khôi phục hoàn toàn chức năng hoạt động của Bo mạch Cell EU-9160D và đảm bảo máy siêu âm hoạt động ổn định như tiêu chuẩn nhà sản xuất. - Tiêu chuẩn kỹ thuật sau sửa chữa: Bo mạch sau khi sửa chữa phải hoạt động ổn định, không phát sinh lỗi và đảm bảo các thông số kỹ thuật về chẩn đoán hình ảnh (độ phân giải, độ sâu, v.v.) của máy đạt chuẩn.	01	Lần

STT	Danh mục dịch vụ	Mô tả dịch vụ	Số lượng	Đơn vị tính
		B. YÊU CẦU KỸ THUẬT: - Linh kiện thay thế: Các linh kiện, chip, hoặc bo mạch con (sub-board) thay thế phải là: Chính hãng hoặc có chất lượng, thông số kỹ thuật và hiệu suất tương đương. Đảm bảo nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. - Kiểm tra và hiệu chuẩn/hiệu chỉnh: Sau khi sửa chữa và lắp đặt lại Bo mạch, nhà thầu phải thực hiện hiệu chuẩn/hiệu chỉnh hệ thống và kiểm tra chất lượng hình ảnh toàn diện trước khi bàn giao cho Viện. C. YÊU CẦU KHÁC: - Bảo hành dịch vụ: ≥ 12 tháng cho phần Bo mạch đã được sửa chữa (bao gồm cả các linh kiện thay thế) kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu. - Địa điểm cung cấp dịch vụ: Phòng Khám bệnh chuyên khoa, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Địa chỉ: 27 Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).		
2	Cung cấp đầu dò Convex C251 cho máy siêu âm Hitachi Aloka Arietta V60	* Model/Mã hiệu: C251. * Nhà sản xuất: Hitachi hoặc Fujifilm Healthcare (Nhật Bản). A. YÊU CẦU CHUNG: - Linh kiện mới 100%, chưa qua sử dụng, có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, đóng gói theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất. - Tương thích thiết bị: Tương thích hoàn toàn với máy siêu âm Hitachi Aloka Arietta V60. B. YÊU CẦU KỸ THUẬT: - Ứng dụng: Ổ bụng (Abdomen). - Tần số: 3.0 MHz. - Góc nhìn: 70° . - Loại tiếp xúc: Bề mặt (Surface). - Cấp độ Chống nước: IPX7 (Watertight equipment). - Phụ kiện đi kèm: Bao gồm hộp đựng (Storage case), Hướng dẫn sử dụng và tài liệu đi kèm (Bản in hoặc điện tử). C. YÊU CẦU KHÁC: - Cung cấp CO/CQ khi bàn giao hàng hóa. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày lắp đặt, nghiệm thu. - Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Phòng Khám bệnh chuyên khoa, Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Địa chỉ: 27 Lý Thái Tổ, phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai).	02	Cái

2. Thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến: 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.



3. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: Thanh toán 1 lần, 100% giá trị hợp đồng trong vòng 60 ngày kể từ ngày nhà thầu bàn giao và nghiệm thu hàng hóa, dịch vụ; thanh lý hợp đồng và cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ thanh toán hợp lệ.

4. Yêu cầu khác:

- Giá hàng hóa, dịch vụ đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, bàn giao, lắp đặt, hiệu chỉnh, vận hành, hướng dẫn sử dụng tại Viện.


Ghi chú:

Các hãng sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ có nhu cầu khảo sát thiết bị vui lòng liên hệ SĐT của bộ phận chuyên trách (Phòng Tổ chức - Hành chính): 02563. 847726.

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website của Viện (<http://www.impe-qn.org.vn>);
- Website Hệ thống mạng ĐTQG (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>);
- Lưu VT, TC-HC.



Hồ Văn Hoàng

