

YÊU CẦU BÁO GIÁ

Kính gửi: Các hãng sản xuất, nhà cung cấp tại Việt Nam

Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho các gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác chuyên môn bằng nguồn NSNN và Quỹ PTHĐSN của Viện, với nội dung cụ thể như sau:

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá:

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Địa chỉ: Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

2. Thông tin liên hệ của bộ phận chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: Phòng Tổ chức - Hành chính; Số điện thoại: 02563. 847726.

3. Cách thức tiếp nhận báo giá:

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Địa chỉ: Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

- Nhận qua email: viensrqn@impe-qn.org.vn.

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 14h00 ngày 20 tháng 08 năm 2025 đến trước 17h00 ngày 30 tháng 8 năm 2025.

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét.

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 20 tháng 8 năm 2025.

6. Hồ sơ báo giá gồm:

- Bảng cấu hình, thông số kỹ thuật chi tiết của thiết bị.
- Bảng báo giá (Theo mẫu tại Phụ lục đính kèm).
- Catalog và các tài liệu khác liên quan của thiết bị (nếu có kèm theo).

II. Thông tin yêu cầu báo giá:

1. Danh mục, cấu hình, tính năng kỹ thuật cơ bản của trang thiết bị:

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
1	Nồi hấp tiệt trùng	I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. - Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$. - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam (AC 220V/230V, 50/60Hz). II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính: 01 cái. - Giỏ tiệt trùng: ≥ 02 cái (có thể tháo rời). - Phụ kiện: Ống xả, bình chứa nước thải. III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Dung tích buồng hấp: ≥ 105 lít. - Kích thước buồng hấp: Đường kính ≥ 400 mm, chiều sâu ≥ 830 mm. - Nhiệt độ/ áp suất làm việc tối đa: $\geq 135^{\circ}\text{C}/ 0,24$ MPa. - Nhiệt độ tiệt trùng: Có thể điều chỉnh từ 100°C đến 135°C. - Thời gian tiệt trùng: Có thể điều chỉnh từ 1 phút đến 48 giờ. - Chất liệu buồng hấp và nắp: Thép không gỉ SUS304. - Bộ điều khiển: Sử dụng bộ điều khiển vi xử lý với màn hình hiển thị đồ họa hoặc công nghệ tiên tiến hơn để thể hiện quá trình vận hành. - Hệ thống an toàn gồm các chức năng chi tiết sau: + Khóa nắp liên động. + Hệ thống chống thiếu nước. + Hệ thống chống quá nhiệt và quá áp. IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.	01	Cái

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		- Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa. - Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Tại các Khoa, Phòng của Viện. - Cam kết tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho đơn vị sử dụng. - Cam kết cung cấp CO, CQ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì tiếng Anh, tiếng Việt khi bàn giao hàng hóa. - Cam kết cung cấp các vật tư, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu là 8 năm. - Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật khi nhận được yêu cầu: ≤ 72 giờ.		
2	Tủ lạnh trữ mẫu chuyên dụng 2-8 độ C, dung tích ≥ 1.000 lít	I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. - Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$. - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam (AC 220V/230V, 50/60Hz). II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Máy chính, dung tích ≥ 1.000 lít. - Loại cửa: Cửa kính hai lớp. Cửa có khóa an toàn và có tính năng tự đóng. - Chân tủ: Có bánh xe và chân cố định. - Giá để mẫu có thể điều chỉnh: ≥ 10 kệ. - Hệ thống đèn chiếu sáng bên trong: Đèn LED hoặc tương đương. III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT - Dải nhiệt độ: Tủ duy trì nhiệt độ ổn định trong khoảng 2°C đến 8°C. - Hệ thống làm lạnh: Sử dụng hệ thống làm lạnh bằng không khí cưỡng bức (Forced air cooling) hoặc tương đương. - Chất làm lạnh: Không chứa CFC hoặc các chất gây độc hại khác. - Bộ điều khiển: Bộ vi xử lý với màn hình hiển	04	Cái

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		thị LED hoặc tương đương. - Hệ thống cảnh báo: Có hệ thống cảnh báo bằng âm thanh và ánh sáng. Bao gồm các trường hợp: nhiệt độ cao/thấp, mất điện, lỗi cảm biến, pin yếu và cửa chưa đóng kín. - Độ ồn: ≤ 45 dB(A). - Kết nối: Tích hợp cổng USB. - Lỗ kiểm tra: Có lỗ kiểm tra tiêu chuẩn. IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa. - Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Tại các Khoa, Phòng của Viện. - Cam kết tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho đơn vị sử dụng. - Cam kết cung cấp CO, CQ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì tiếng Anh, tiếng Việt khi bàn giao hàng hóa. - Cam kết cung cấp các vật tư, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu là 8 năm. - Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật khi nhận được yêu cầu: ≤ 72 giờ.		
3	Hệ thống Elisa bán tự động (ủ, rửa, đọc)	I. YÊU CẦU CHUNG - Thiết bị mới 100%, sản xuất từ năm 2024 trở về sau. - Nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn chất lượng ISO 13485, ISO 9001 hoặc tương đương. - Yêu cầu môi trường hoạt động của thiết bị: + Nhiệt độ tối đa: $\geq 30^{\circ}\text{C}$. + Độ ẩm tối đa: $\geq 80\%$. - Nguồn điện: Sử dụng điện áp tại Việt Nam (AC 220V/230V, 50/60Hz). II. YÊU CẦU CẤU HÌNH - Hệ thống Elisa bán tự động (ủ, rửa, đọc) kèm phụ kiện tiêu chuẩn, bao gồm: + Máy ủ: 01 cái. + Máy rửa: 01 cái. + Máy đọc: 01 cái.	02	Hệ thống

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		III. YÊU CẦU CHỈ TIÊU KỸ THUẬT 1. Máy ủ: - Sức chứa: ≥ 4 khay vi thể. - Khoảng nhiệt độ: Nhiệt độ phòng đến $\geq 40^{\circ}\text{C}$. - Khay vi thể: Khả năng xử lý với bất kỳ loại đĩa vi thể nào. - Khả năng điều chỉnh nhiệt độ: $\pm \leq 0.5^{\circ}\text{C}$. 2. Máy rửa: - Bình rửa: $\geq 1 \times 2$ lít. - Bình súc: $\geq 1 \times 2$ lít. - Bình thải: $\geq 1 \times 2$ lít. - Bộ đầu ống: ≥ 8 đầu vào. - Khay vi thể: Loại ≥ 96 giếng, đáy bằng hoặc đáy tròn, cao tối đa 15mm. - Bộ nhớ: Tối đa ≥ 50 kits. - Thể tích dịch còn lại: $< 6 \mu\text{L}$ mỗi giếng. 3. Máy đọc: - Đầu đọc: ≥ 8 kênh. - Nguồn sáng: Đèn Led hoặc tương đương. - Dải đo: ≥ 4 OD. - Thời gian đo: ≤ 30 giây. - Dải sóng: Trong khoảng từ 300-850 nm. - Độ chính xác: $\pm \leq 2\%$. - Loại khay: Khay ≥ 96 giếng. - Các kính lọc: Có tối thiểu 4 kính lọc tiêu chuẩn. IV. YÊU CẦU KHÁC - Thời gian giao hàng: ≤ 120 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực. - Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ khi ký kết biên bản bàn giao, nghiệm thu hàng hóa. - Địa điểm giao hàng, lắp đặt: Tại Phòng Khám bệnh chuyên khoa của Viện. - Cam kết tiến hành đào tạo, hướng dẫn sử dụng thành thạo cho đơn vị sử dụng. - Cam kết cung cấp CO, CQ, tài liệu hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo trì tiếng Anh, tiếng Việt khi bàn giao hàng hóa. - Cam kết cung cấp các vật tư, phụ tùng thay thế trong thời gian tối thiểu là 8 năm.		

STT	Danh mục	Yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật	Số lượng	Đơn vị tính
		- Thời gian có mặt để giải quyết sự cố kỹ thuật khi nhận được yêu cầu: ≤ 72 giờ.		

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn (Địa chỉ: Khu vực 8, phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai).

3. Thời gian giao hàng dự kiến: ≤ 90 ngày kể từ ngày hợp đồng được ký kết.

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:

- Hình thức thanh toán: Chuyển khoản.

- Số lần thanh toán:

+ Lần 1: Chủ đầu tư tạm ứng cho nhà thầu số tiền 30% giá trị hợp đồng sau khi nhà thầu nộp bảo lãnh tạm ứng do ngân hàng phát hành bằng với số tiền tạm ứng;

+ Lần 2: Thanh toán hết 70% tổng giá trị hợp đồng còn lại, trong vòng 30 ngày kể từ ngày hàng hóa được bàn giao, nghiệm thu đưa vào sử dụng và bên mua nhận được đầy đủ các chứng từ thanh toán của Nhà thầu.

5. Yêu cầu khác:

- Nhà cung cấp chịu trách nhiệm về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, vận hành, hướng dẫn sử dụng trang thiết bị; đảm bảo trang thiết bị hoạt động theo đúng tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

- Giá hàng hóa đã bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí theo luật định, chi phí vận chuyển, bàn giao, tại Viện và tất cả các chi phí khác có liên quan (nếu có).

Trân trọng cảm ơn./.

Nơi nhận:

- Website của Viện (<http://www.impe-qn.org.vn>);
- Website Hệ thống mạng ĐTQG (<https://muasamcong.mpi.gov.vn>);
- Lưu VT, TC-HC, TCKT, Tổ thầu.

VIỆN TRƯỞNG



Hồ Văn Hoàng

Phụ lục
Mẫu báo giá

(Kèm Phiếu yêu cầu báo giá số /VSR-TCHC, ngày /8/2025 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn)

BÁO GIÁ

Kính gửi: Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn

Trên cơ sở yêu cầu báo giá của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn, chúng tôi.... [ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị như sau:

1. Báo giá cho các thiết bị và dịch vụ liên quan:

STT	Danh mục thiết bị	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất	Mã HS	Năm sản xuất	Xuất xứ	Đơn vị tính	Số lượng	Đơn giá (VND)	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)	Thuế, phí, lệ phí (nếu có) (VND)	Thành tiền (VND)
1	Thiết bị A										
2	Thiết bị B										
n	...										

(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị)

2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng:..... ngày, kể từ ngày.... tháng.... năm.... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày... tháng... năm... [ghi ngày.... tháng... năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].

3. Chúng tôi cam kết:

- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
- Giá trị của các thiết bị nêu trong báo giá là phù hợp, không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá.
- Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.

....., ngày.... tháng.... năm 2025

Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp

(Ký tên, đóng dấu (nếu có))

TE