

BỘ Y TẾ
VIỆN SÓT RÉT-KST-CT
QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 9b

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Công Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 0256.3846571 Fax: 0256.3846571

Đề nghị Bảo đầu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. **Tên dự án:** Mua sắm sinh phẩm, dụng cụ, vật tư tiêu hao phòng, chống dịch COVID-19 của Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.
2. **Tên gói thầu:** Gói 1-02 danh mục sinh phẩm xét nghiệm COVID-19.
3. **Số thông báo mời thầu:** 20210786181-00.
4. **Giá gói thầu:** 3.748.500.000 đồng.
5. **Giá trúng thầu:** 3.748.500.000 đồng.
6. **Nhà thầu trúng thầu:** Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Kỹ thuật Anh Khôi.
7. **Loại hợp đồng:** Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.
8. **Thời gian thực hiện hợp đồng:** 12 tháng.
9. **Quyết định phê duyệt số:** 187/QĐ-VSR, ngày 23/8/2021 của Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn
10. **Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:**

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	BVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
1	Kít tách chiết thủ công	- Bộ kit tách chiết RNA của virus từ huyết thanh, huyết tương, dịch cơ thể không có tế bào và dịch nuôi cấy - Thành phần bộ kit: + Cột Mini spin: 250 + Ống thu mẫu 2mL: 750 + Đệm AVL: 155 mL + Đệm AW1: 98 mL + Đệm AW2: 66 mL + Đệm AVE: 20 mL + RNA mang (poly A): 1550 µg - Điều kiện bảo quản: 15-25°C	hộp	52906	Qiagen GmbH-Đức/Mỹ	34	34.000.000	

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
2	Kít phát hiện SARS-CoV-2	- Bộ kit phát hiện 4 gen đích: E gen, N gen, S gen, RdRP gen trong cùng một ống - Phát hiện virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp realtime RT-PCR trên các mẫu bệnh phẩm đường hô hấp - Dịch phết mũi họng, Dịch rửa phế quản, dịch rửa mũi họng, dịch tỵ hầu, đờm - Bộ kit tích hợp chứng nội IC - Thời gian chạy chu trình nhiệt trên máy real-time PCR: ≤ 80 phút - Giới hạn phát hiện tối đa: 5000 copies/mL - Đánh giá phù hợp lâm sàng: $> 95\%$ - Thành phần: + Oligo mix: 500 μl + Hỗn hợp dNTP, RTase, DNA polymerase: 500 μl + Positive Control: 50 μl + Internal Control: 1000 μl + RNase-free Water: 1000 μl - Tube PCR 0,1 ml.	hộp	RV10248 X	Seegene Inc- Hàn Quốc	85	30.500.000	

Bình Định, ngày 27 tháng 8 năm 2021



VIỆN TRƯỞNG

Hồ Văn Hoàng

