

BỘ Y TẾ
VIỆN SỐT RÉT-KST-CT
QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 9b

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3846571 Fax: 056.3846571

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua sắm hóa chất, vật tư tiêu hao thường xuyên phục vụ cho công tác nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng thuộc Dự án Oucru-VN tại Viện Sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn năm năm 2022.

2. Tên gói thầu: Gói 3: Bộ xét nghiệm giun sán.

3. Số thông báo mời thầu: 20220310034-00.

4. Giá gói thầu: 27.657.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 25.200.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH Thương mại Y tế Phú Gia.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 24 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: 37/QĐ-VSR, ngày 18/3/2021 của Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
1	Bộ XN IgG sán lá gan	- Đạt tiêu chuẩn quản lý chất lượng: ISO 13485:2016. - Hàng hóa mới 100% được sản xuất năm 2022 trở lên. - Hạn sử dụng: ≥ 12 tháng kể từ ngày nhận hàng hóa. - Phân nhóm theo thông tư 14/2020/TT-BYT: là trang thiết bị y tế thuộc nhóm 3. - Phân loại theo nghị định 98/2021/NĐ-CP, ngày 8/11/2021: là trang thiết bị y tế thuộc loại B. - Vật liệu được cung cấp cùng với bộ xét nghiệm: + Khay vi giếng: chứa kháng	Bộ	8119-35	Cortez Diagnostics, Inc- Mỹ	6	4.200.000	

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
		nguyên Fasciola 96 giếng xét nghiệm trong khung giữ thanh vi giếng. + Enzyme liên hợp: Một chai chứa 11ml Protein A liên hợp với peroxidase. + Chứng dương: Một lọ chứa 1ml huyết thanh thử dương tính pha loãng. + Chứng âm: Một lọ chứa 1ml huyết thanh người âm. + Dung dịch cơ chất TMB: Một chai chứa 11ml chất tạo màu tetramethylbenzidine (TMB). + Dịch rửa đậm đặc 20X: Một chai chứa 25ml dung dịch đậm và chất hoạt động bề mặt đậm đặc. + Đệm pha loãng: Hai lọ chứa 30ml dung dịch protein đệm. + Dung dịch dừng phản ứng: Một chai chứa 11ml dung dịch 1M axit photphoric - Độ đặc hiệu: 100%, Độ nhạy: 100% - Đóng gói: 96 test/hộp, có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Yêu cầu của nhãn ghi rõ ràng: tên hoá chất, hàm lượng hoá chất, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng.						

Bình Định, ngày 23 tháng 3 năm 2022

VIỆN TRƯỞNG



Hồ Văn Hoàng