

BỘ Y TẾ
VIỆN SÓT RÉT-KST-CT
QUY NHƠN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Mẫu 9b

PHIẾU ĐĂNG KÝ THÔNG TIN KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU
(áp dụng đối với gói thầu mua sắm hàng hóa)

Kính gửi: Cổng Thông tin điện tử Bộ Y tế

Tên bên mời thầu: Viện sốt rét - Ký sinh trùng - Côn trùng Quy Nhơn.

Địa chỉ: Khu vực 8, Phường Nhơn Phú, TP Quy Nhơn, Tỉnh Bình Định.

Điện thoại: 056.3846571 Fax: 056.3846571

Đề nghị Báo đấu thầu đăng tải thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

1. Tên dự án: Mua sắm hóa chất, sinh phẩm xét nghiệm, vật tư tiêu hao phục vụ khám chữa bệnh quý 2 năm 2022 bằng nguồn thu dịch vụ kỹ thuật y tế năm 2022 của Viện Sốt rét- KST- CT Quy Nhơn

2. Tên gói thầu: Gói 1- Bộ xét nghiệm giun sán dùng trên máy miễn dịch tự động

3. Số thông báo mời thầu: 20220458425 - 00.

4. Giá gói thầu: 1.532.790.000 đồng.

5. Giá trúng thầu: 1.530.900.000 đồng.

6. Nhà thầu trúng thầu: Công ty TNHH M.D.S Trung Thiện.

7. Loại hợp đồng: Hợp đồng trọn gói, không điều chỉnh giá.

8. Thời gian thực hiện hợp đồng: 09 tháng kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.

9. Quyết định phê duyệt: 120/QĐ-VSR, ngày 10/6/2022 của Viện trưởng Viện Sốt rét-KST-CT Quy Nhơn

10. Thông tin về các hàng hóa thuộc gói thầu:

Đơn vị tính: đồng

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
1	Bộ xét nghiệm ấu trùng sán dây lợn IgG	- Xét nghiệm phát hiện kháng thể ấu trùng sán dây lợn IgG trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Độ nhạy 88%, độ đặc hiệu $\geq$ 95%. - Trên hộp thể hiện thông tin: tên hàng hóa, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư, dung dịch đi kèm bộ xét nghiệm	hộp	TAEG 0420	Novatec-Đức	100	4.252.500	

TT	Tên hàng hóa, tài sản	Cấu hình, tính năng, thông số kỹ thuật cơ bản	ĐVT	Model	Xuất xứ	Số lượng	Đơn giá trúng thầu	Ghi chú
2	Bộ xét nghiệm giun lươn IgG	- Xét nghiệm phát hiện kháng thể giun lươn IgG trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người - Độ nhạy $\geq 87\%$, độ đặc hiệu $\geq 95\%$ - Trên hộp thể hiện thông tin: tên hàng hóa, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư, dụng dịch đi kèm bộ xét nghiệm	hộp	STRO 0690	Novatec-Đức	100	4.252.500	
3	Bộ xét nghiệm giun đũa chó IgG	- Xét nghiệm phát hiện kháng thể giun đũa chó IgG trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Độ nhạy $\geq 95\%$, độ đặc hiệu $\geq 95\%$. - Trên hộp thể hiện thông tin: tên hàng hóa, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư, dụng dịch đi kèm bộ xét nghiệm	hộp	TOCG 0450	Novatec-Đức	130	4.252.500	
4	Bộ xét nghiệm ly Amip IgG	- Xét nghiệm phát hiện kháng thể ly Amip IgG trong mẫu huyết thanh hoặc huyết tương người. - Độ nhạy $\geq 92\%$, độ đặc hiệu $\geq 95\%$ - Trên hộp thể hiện thông tin: tên hàng hóa, lô sản xuất, ngày sản xuất, hạn sử dụng. Có nhãn viết bằng tiếng Việt hoặc tiếng Anh. Mỗi hộp có tờ hướng dẫn sử dụng và cung cấp đầy đủ tất cả các vật tư, dụng dịch đi kèm bộ xét nghiệm	hộp	ENTG 0140	Novatec-Đức	30	4.252.500	

Bình Định, ngày 14 tháng 6 năm 2022



VIỆN TRƯỞNG

**KTVIỆN TRƯỞNG
PHÓ VIỆN TRƯỞNG**

Võ Trí Dũng